



Общество с ограниченной ответственностью  
«ПрофТехКом»

аттестат аккредитации Ra.Ru.311923 выдан 29 ноября 2016г

ИЗВЕЩЕНИЕ

О НЕПРИГОДНОСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ

№ 7374

Средство измерений: ТРИТОН  
(наименование, тип)

Заводской номер (номера) 712484 - 15

поверено в соответствии ММ 1592 - 2015  
(наименование методики)

и на основании результатов поверки признано несоответствующим установленным метрологическим требованиям и непригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Причины непригодности превышает доз.  
погрешность  $\pm 5\%$



Представитель «ПрофТехКом»/Поверитель

(подпись)

Тайцунин В.А.  
(инициалы, фамилия)

« 29 » 10 2020г.